

Dräger Polska sp. z o.o.

Siedziba Spółki

ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz
tel. (052) 346-14-33, fax 346-14-37

Siedziba Zarządu

Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa
tel. (0-22) 594-44-15, fax 594-44-10

NIP:554-023-26-10

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy – KRS: 0000072965 z dnia 17.12.2001
Kapitał Zakładowy 4.655.300 zł
Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. NR 83 1030 1090 0000 0000 0006 6201

P. Czerwinski
Drägermedical

A Dräger and Siemens Company

Całkowicie
Dräger
e-mail: info.polska@draeger.com
<http://www.draeger.com>

Bydgoszcz, dnia 12 czerwca 2009 roku

Protestujący:

DRÄGER POLSKA SP. Z O. O.

ul. Sułkowskiego 18a; 85-655 Bydgoszcz

Zamawiający : **Starostwo Powiatowe w Lipnie**

ul. Sierakowskiego 10 B
87-600 Lipno

PROTEST

Działając na podstawie art. 180 ust, 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171 poz. 1058 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” składam protest wobec czynności podjętej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu medycznego”

polegającej na :

określeniu przedmiotu zamówienia w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 1 w punkcie 1 („a” zgodnie z treścią siwz) w zakresie: aparat do znieczulania z monitorowaniem I, i punkcie 2 („b” zgodnie z treścią siwz) w zakresie: aparat do znieczulania z monitorowaniem II w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Takie postępowanie Zamawiającego narusza art. 7 ust. I ustawy w zw. z art. 29 ust. 1,2 i 3, art. 83 ust. 2 ustawy oraz art. 5 k.c. w zw. z art. 14 ustawy w zakresie czynienia ze swojego prawa użytku sprzecznego z zasadami współżycia społecznego, a w konsekwencji w przypadku podpisania umowy z wybranym wykonawcą Zamawiający naruszy art. 146 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy w zw. z art. 93 ust. I pkt. 7 ustawy oraz w zw. z art. 3 ust. I i art. 15 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).

Magdalena Rymaszewska
Dräger Polska Sp. z o.o.
Kierownik Biura Obsługi Klienta

Magdalena Rymaszewska

001

REGION CENTRALNY
Al. Jerozolimskie 176
02-486 WARSZAWA
tel. (0-22) 594-44-11
fax (0-22) 594-44-10

REGION ZACHODNI
ul. Warzywna 10
61-658 POZNAŃ
tel. (0-61) 826-86-05
fax (0-61) 826-81-25

REGION POŁUDNIOWY
ul. Żelazna 1
40-851 KATOWICE
tel. (0-32) 359-09-62, 63
fax (0-32) 359-09-64

CENTRUM SERWISOWE
tel. 0 800 20 44 20
e-mail: serwis.polska@draeger.com
**Sprzedż części zamiennych
i akcesoriów tel. (052) 346 14 35**

Dräger Polska sp. z o.o.

Siedziba Spółki

ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz
tel. (052) 346-14-33, fax 346-14-37

Siedziba Zarządu

Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa
tel. (0-22) 594-44-15, fax 594-44-10

NIP: 554-023-26-10

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy – KRS: 0000072965 z dnia 17.12.2001

Kapitał Zakładowy 4.655.300 zł

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. NR 83 1030 1090 0000 0000 0006 6201

Drägermedical

A Dräger and Siemens Company

e-mail: info.polska@draeger.com
<http://www.draeger.com>

Wobec powyższego wnoszę o:

dokonanie modyfikacji treści SIWZ, nadając jej brzmienie określone w uzasadnieniu niniejszego protestu, w tym dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych.

W wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy interes prawny Protestującego doznał oczywistego i bezpośredniego uszczerbku, ponieważ czynność sporządzenia siwz (i treści siwz) uniemożliwia nam złożenia oferty w punkcie 1 („a” wg siwz- aparat do znieczulania z monitorowaniem I) i w punkcie 2 („b” wg siwz- aparat do znieczulania z monitorowaniem II)

W dniu 29 maja 2009r. Zamawiający opublikował SIWZ. Po zapoznaniu się z jej treścią, a konkretnie treścią załącznika nr 1 - zestawienia parametrów technicznych w zakresie zadania 1 („a” wg siwz- aparat do znieczulania z monitorowaniem I) i zadania 2 („b” wg siwz- aparat do znieczulania z monitorowaniem II) wskazać należy, że narusza ona w sposób rażący zasady opisu przedmiotu zamówienia, a w konsekwencji zasadę uczciwej konkurencji. Dokonana przez Zamawiającego kombinacja parametrów granicznych pozwala złożyć ofertę jedynie wykonawcom oferującym konkretny model urządzenia - w zadaniu 1 („a” wg siwz) – aparat do znieczulania **S/5 Aespire 7900 z monitorowaniem S/5 CAM** firmy **GE Datex-Ohmeda**. W zadaniu 2 („b” wg siwz)- aparat do znieczulania **Aespire 7100 monitorowaniem S/5 CAM** firmy **GE Datex-Ohmeda** . Wnosimy zatem, aby Zamawiający mając na względzie zachowanie konkurencyjności postępowania i zasady uczciwej konkurencji zmodyfikował zapisy graniczne załącznika 1 do SIWZ w zakresie zadania 1 i 2 („a” i „b” wg siwz)

Aparaty do znieczulania z monitorowaniem rodziny Aespire z monitorowanie S/5 CAM są urządzeniami oferowanymi przez firmę **Promed S.A.**, która to jest wyłącznym przedstawicielem na terenie Polski marki **GE Datex-Ohmeda**. Po łącznej analizie wymaganych parametrów dotyczących aparatu do znieczulania z monitorowaniem I z zadania 1 („a” wg siwz) i aparatu do znieczulania z monitorowaniem II z zadania 2 („b” wg siwz) widać, że wymagane warunki są spełniane jedynie przez:

W zadaniu 1 („a” wg siwz) - aparat do znieczulania z monitorowaniem I S/5 Aespire 7900 z monitorowaniem S/5 CAM firmy **GE Datex-Ohmeda**

W zadaniu 2 („b” wg siwz) - aparat do znieczulania z monitorowaniem II S/5 Aespire 7100 z monitorowaniem S/5 CAM firmy **GE Datex-Ohmeda**

Dräger Polska Sp. z o.o.
Kierownik Biura Obsługi Klienta

Magdalena Rymaszewska

REGION CENTRALNY
Al. Jerozolimskie 176
02-486 WARSZAWA
tel. (0-22) 594-44-11
fax (0-22) 594-44-10

REGION ZACHODNI
ul. Warzywna 10
61-658 POZNAŃ
tel. (0-61) 826-86-05
fax (0-61) 826-81-25

REGION POŁUDNIOWY
ul. Żelazna 1
40-851 KATOWICE
tel. (0-32) 359-09-62, 63
fax (0-32) 359-09-64

CENTRUM SERWISOWE
tel. 0 800 20 44 20
e-mail: serwis.polska@draeger.com
Sprzedaż części zamiennych
i akcesoriów tel. (052) 346 14 35

Dräger Polska sp. z o.o.

Siedziba Spółki
ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz
tel. (052) 346-14-33, fax 346-14-37

Siedziba Zarządu
Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa
tel. (0-22) 594-44-15, fax 594-44-10

NIP: 554-023-26-10

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy – KRS: 0000072965 z dnia 17.12.2001
Kapitał Zakładowy 4.655.300 zł

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. NR 83 1030 1090 0000 0000 0006 6201

Dräger medical

A Dräger and Siemens Company

e-mail: info.polska@draeger.com

<http://www.draeger.com>

Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ w zestawieniu parametrów technicznych w zadaniu 1 („a” wg siwz) aparat do znieczulania z monitorowaniem I w punkcie 73 oraz zadaniu 2 („b” wg siwz) aparat do znieczulania z monitorowaniem II w punkcie 35 (monitor pacjenta do aparatu) wymaga pomiaru NMT z modułu sterowanego z monitora anestezyjologicznego. Takim modułem dysponują tylko dwaj Producenci: GE Datex-Ohmeda (Promed) oraz Dräger. Ponieważ Dräger nie spełnia szeregu innych parametrów widać, że Opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany w sposób uniemożliwiający złożenie ważnej oferty wszystkim innym producentom oprócz GE Datex-Ohmeda. Opisane wymogi w sposób nieuzasadniony preferują urządzenia firmy GE Datex-Ohmeda. Zamawiający konstruując SIWZ zupełnie nie brał pod uwagę wymagań klinicznych, ekonomicznych i ergonomicznych lecz zestawiał parametry tak, aby spełniła je tylko firma GE Datex-Ohmeda.

W Zadanie 1 i 2 (a i b wg siwz), Aparat do znieczulania z monitorowaniem I, Aparat do znieczulania z monitorowaniem II Zamawiający zamieścił:

wymóg regulacji częstości oddechowej w górnym zakresie do 80 odd/min jest nieuzasadniony klinicznie (zadanie 1 pkt. 30) i ma na celu odcięcie potencjalnej konkurencji. Podobna manipulacja ma miejsce w zestawie zadaniu 2 w pkt 24 gdzie wymagana jest regulacja częstości oddechów górnym zakresie do 65 odd/min. Pomimo obniżenia progów w porównaniu do zestawu I nadal mamy do czynienia ze zreżowaną manipulacją, nie ma bowiem aparatu który posiada zakres regulacji do 65 odd/min. Aparaty do znieczulania posiadają standardowo zakresy regulacji do: 60 odd/min lub 80 odd/min lub do 100 odd/min. Wymaganie jest więc spreparowane tak, aby spełnił je aparat firmy GE posiadający regulację częstości oddechowej do 80 odd/min. Takie wymaganie jest zupełnie nieuzasadnione klinicznie, lecz skutecznie odcina pozostałych oferentów. W praktyce klinicznej przy znieczulaniu dorosłych w zupełności wystarczający jest zakres do 40 odd/min i maksymalnie takie regulacje się stosuje i wykorzystuje w praktyce. **Żądamy dopuszczenia aparatów z regulacją częstości oddechowej w zakresie min od 6 do 60 odd/min.**

wymóg dotyczący regulacji objętości oddechowej zadanie 1 punkt 31 (min 20 do 1500 ml wentylacja objętościowa i ciśnieniowa) podobnie jak częstość oddechowa są skonstruowane tak aby spełniły ten warunek aparaty GE, uniemożliwiają zaś zaoferowanie uznanych na świecie i cenionych przez klinicystów aparatów firmy Dräger posiadających możliwość regulacji objętości oddechowej od 20 ml do 1400 ml. Zwracamy uwagę na jawną manipulację i jednocześnie niekonsekwencję Zamawiającego, który w jednym zadaniu dopuszcza regulację do 1400 ml (zadanie 2 punkt 25) w drugim zaś wymaga regulacji do 1500 ml. Nie wpływają na to niestety potrzeby kliniczne lecz zamiar uniemożliwienia złożenia ważnej oferty firmie Dräger Medical, której aparaty cieszą się ogólnym zaufaniem klinicystów na całym świecie. Nie ma klinicznych przesłanek by stwierdzić, że aparat z regulacją objętości oddechowej do 1400 ml nie nadaje się do użytku klinicznego, zatem nie powinien być dyskredytowany w postępowaniu przetargowym, dodatkowo biorąc pod uwagę fakt, że różnica wynosi jedynie 0.1 l. **Żądamy dopuszczenia aparatów z regulacją objętości oddechowej do 1400 ml.**

Sztuczny wymóg, z których nigdy nie skorzysta anestezyjolog praktyk, zawarte są także w punkcie dotyczącym tzw. pauzy wdechowej zadanie 1 (punkt 33 regulacja min 5-60%), zadanie 2 (punkt 27, regulacja min 5-60%). Wymaganie to jest żywcem przepisane z

REGION CENTRALNY
Al. Jerozolimskie 176
02-486 WARSZAWA
tel. (0-22) 594-44-11
fax (0-22) 594-44-10

REGION ZACHODNI
ul. Warzywna 10
61-658 POZNAŃ
tel. (0-61) 826-86-05
fax (0-61) 826-81-25

REGION POŁUDNIOWY
ul. Żelazna 1
40-851 KATOWICE
tel. (0-32) 359-09-62, 63
fax (0-32) 359-09-64

CENTRUM SERWISOWE
tel. 0 800 20 44 20
e-mail: serwis.polska@draeger.com
Sprzedaż części zamiennych
i akcesoriów tel. (052) 346 14 35

Dräger Polska Sp. z o.o.
Kierownik Biura Obsługi Klienta
Magdalena Rymaszewska

Dräger Polska sp. z o.o.

Siedziba Spółki

ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz
tel. (052) 346-14-33, fax 346-14-37

Siedziba Zarządu

Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa
tel. (0-22) 594-44-15, fax 594-44-10

NIP: 554-023-26-10

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy – KRS: 0000072965 z dnia 17.12.2001

Kapitał Zakładowy 4.655.300 zł

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. NR 83.1030.1090.0000.0000.0006.6201

e-mail: info.polska@draeger.com

<http://www.draeger.com>

Drägermedical

A Dräger and Siemens Company

broszury informacyjnej firmy GE. Zasadą tej specyfikacji jest bowiem by za wszelką cenę nie dopuścić do udziału w postępowaniu firmy Dräger, która jest w stanie zaoferować aparat skonstruowany przy użyciu najnowszych technologii, precyzyjniejszy w działaniu i przyszłościowy dzięki możliwości rozbudowy np. o nowe pojawiające się tryby wentylacji. Wykładnikiem klasy aparatu nie może być zakres regulacji pauzy wdechowej, zwłaszcza w górnym zakresie. Bardziej istotna z klinicznego punktu widzenia jest możliwość precyzyjnej regulacji niż większy górny zakres, czego niestety nie posiada firma GE, regulacja pauzy wdechowej odbywa się bowiem od 5 do 60% lecz skokowo co 5%. Pomijając fakt, że 60% pauza wdechowa nie będzie praktycznie wykorzystywana **Żądamy dopuszczenia aparatu z precyzyjną regulacją pauzy wdechowej w zakresie od 0 do 50%.**

Wymóg alarmu niskiej objętości oddechowej (zadanie 1 punkt 34) i powiązany alarm niskiej częstości oddechów (zadanie 1, punkt 36 i zadanie 2 punkt 30) dalej mają na celu zdyskredytowanie aparatów firmy Dräger. Jest to jednak niemożliwe gdyż aparaty powstały z uwzględnieniem próśb i wymagań praktyków i cieszą się nieustającą popularnością, co potwierdza słuszność postępowania konstruktorów. Aparat naszej firmy wyposażony jest w alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej który jednoznacznie informuje zarówno o zbyt niskiej objętości pojedynczego oddechu lub zaprzestaniu oddychania. Bezcelowe jest powielanie alarmów dla samej idei posiadania tychże, chyba że chodzi o wyeliminowanie konkurencji. Konieczność posiadania alarmu pojedynczego oddechu w przypadku firmy GE spowodowana jest małą dokładnością pracy respiratora, w przypadku precyzyjnego respiratora tłokowego nie ma konieczności stosowania podwójnej procedury nadzorującej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że zmniejszenie objętości pojedynczego oddechu wpłynie na objętość minutową, która także się zmniejszy i wysłany zostanie sygnał alarmowy do operatora, w przypadku niewykonania jednego oddechu objętość minutowa także się zmniejszy i w efekcie zasygnalizowana zostanie sytuacja alarmowa, ponadto oddech pacjenta dodatkowo mogą być nadzorowane z poziomu monitora. Biorąc pod uwagę te fakty świadczące o niecelowości stosowania tylu alarmów, **żądamy dopuszczenia aparatu bez alarmu objętości oddechowej i alarmu niskiej częstości oddechów lecz wyposażonego w alarm dolny i górny objętości minutowej (MV) i nadzorujący częstość oddychania z poziomu monitora.** Trzeba zauważyć, że nie ilość alarmów wbudowanych w aparat lecz ich odpowiednie stosowanie jest wykładnią bezpieczeństwa pacjenta.

Wymóg kolorowego ekranu o przekątnej min 12" i rozdzielczości minimum 800x600 (zadanie 1 punkt 57 i b zadanie 2 monitor pacjenta do aparatu, punkt 18), po raz kolejny faworyzuje rozwiązanie GE. Nie ma bowiem uzasadnienia stosowania tak dużego ekranu na bloku operacyjnym. Nadmieniamy, że ekrany aparatów do znieczulania wiodących producentów posiadają przekątną około 6 cali, w tym również rozwiązania GE. Ta różnica wielkości powoduje, że klinicysta jest zmuszony patrzeć raz na duży ekran raz na mały, w krótkim odstępie czasu. Powoduje to dyskomfort pracy i męczenie się wzroku operatora. **Żądamy dopuszczenia wysokiej klasy kardiomonitora modułowego o przekątnej minimum 10 cali i rozdzielczości 640x 480.**

Wymóg pomiaru rytmu serca min. 30- 250 ud/min (zadanie 1 punkt 61), przy pomiarze ciśnienia nieinwazyjnego jest w praktyce klinicznej zupełnie marginalny i służy tylko i wyłącznie temu aby ograniczyć uczciwą konkurencję. Zwłaszcza, że Zamawiający nie jest konsekwentny i nie wymaga tego samego w zadaniu 2. Pomiar rytmu serca jest mierzony przede wszystkim przy pomiarze EKG, gdzie firma Dräger posiada zakres

REGION CENTRALNY
Al. Jerozolimskie 176
02-486 WARSZAWA
tel. (0-22) 594-44-11
fax (0-22) 594-44-10

REGION ZACHODNI
ul. Warzywna 10
61-658 POZNAŃ
tel. (0-61) 826-86-05
fax (0-61) 826-81-25

REGION POŁUDNIOWY
ul. Żelazna 1
40-851 KATOWICE
tel. (0-32) 359-09-62, 63
fax (0-32) 359-09-64

CENTRUM SERWISOWE
tel. 0 800 20 44 20
e-mail: serwis.polska@draeger.com
Sprzedaż części zamiennych
i akcesoriów tel. (052) 346 14 35

Dräger Polska Sp. z o.o.
Kierownik Biura Obsługi Klienta
Magdalena Rymaszevska

Dräger Polska sp. z o.o.

Siedziba Spółki
ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz
tel. (052) 346-14-33, fax 346-14-37

Siedziba Zarządu
Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa
tel. (0-22) 594-44-15, fax 594-44-10

NIP:554-023-26-10

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy – KRS: 0000072965 z dnia 17.12.2001
Kapitał Zakładowy 4.655.300 zł
Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. NR 83 1030 1090 0000 0000 0006 6201

e-mail: info.polska@draeger.com
http://www.draeger.com

Drägermedical

A Dräger and Siemens Company

pomiarowy 15-300 ud/min). **Żądamy dopuszczenia pomiaru rytmu serca przy pomiarze ciśnienia nieinwazyjnego od 30 do 240 ud/min.**

W tym miejscu Protestujący przytacza aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych potwierdzające, że w przedmiotowym postępowaniu postanowienia SIWZ (parametry przedmiotu zamówienia), bezpośrednio naruszają zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania podmiotów:

1. Swoboda zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia nie może prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców. W sytuacji określenia wymagań odnoszących się do potrzeb zamawiającego, mogących ograniczać krąg potencjalnych wykonawców, zamawiający winien wykazać, że wyłącznie produkt o parametrach przez niego określonych umożliwia mu realizację celu założonego w postępowaniu o zamówienie publiczne. (tak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w wyroku o sygn. KIO/UZP 2/09).
2. *Ograniczenie zasady uczciwej konkurencji może nastąpić w wyniku opisanego przedmiotu zamówienia w sposób na tyle rygorystyczny, że ogranicza to krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, a jednocześnie nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego. (KIO/UZP 1240/08).*
3. Podobnie KIO w wyroku z 7 lipca 2008r., sygn. akt KIO/UZP 624/08 stwierdziła, że *„opis zamówienia winien być na tyle oczywisty i niebudzący jakichkolwiek wątpliwości, by mógł stanowić podstawę do złożenia przez zainteresowane podmioty porównywalnych ofert. (tak: E. Norek: „Prawo Zamówień Publicznych Komentarz”, Lexis Nexis 2005, s. 68). Ponadto, Izba miała na względzie zasadę neutralności opisu przedmiotu zamówienia wynikająca z art. 29 ust.2 Pzp, zgodnie z którą przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przy czym, wystarczy do stwierdzenia faktu nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia, a tym samym sprzeczności z prawem, jedynie zaistnienie możliwości utrudniania uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie określonych zapisów w specyfikacji, niekoniecznie zaś realnego uniemożliwienia takiej konkurencji. Podobnie Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w wyroku z dnia 25.01.2006 r., sygn. akt: II Ca 693/05 (niepubl.), który stwierdził, iż: „przepis ten (art. 29 ust.2 Pzp – dopisek autora) nie wymaga faktycznego wykazania, lecz uznaje za wystarczające uprawdopodobnienie utrudnienia uczciwej konkurencji.(...)”. W tym względzie, Izba przywołuje także wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 09.11.2005 r., sygn. akt: II Ca 587/05 (niepubl.) zgodnie z którym: „Zakazane jest formułowanie warunków postępowania uniemożliwiających swobodny dostęp do udziału w postępowaniu w celu złożenia oferty. Oznacza to konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać na konkretnego wykonawcę bądź też, które eliminowałyby konkretnych wykonawców uniemożliwiając im złożenie oferty lub powodując sytuację, w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych”.*

REGION CENTRALNY
Al. Jerozolimskie 176
02-486 WARSZAWA
tel. (0-22) 594-44-11
fax (0-22) 594-44-10

REGION ZACHODNI
ul. Warzywna 10
61-658 POZNAŃ
tel. (0-61) 826-86-05
fax (0-61) 826-81-25

REGION POŁUDNIOWY
ul. Żelazna 1
40-851 KATOWICE
tel. (0-32) 359-09-62, 63
fax (0-32) 359-09-64

CENTRUM SERWISOWE
tel. 0 800 20 44 20
e-mail: serwis.polska@draeger.com
Sprzedaż części zamiennych
i akcesoriów tel. (052) 346 14 35

Dräger Polska Sp. z o.o.
Kierownik Biura Obsługi Klienta
Magdalena Rymaszewska

Dräger Polska sp. z o.o.

Siedziba Spółki

ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz
tel. (052) 346-14-33, fax 346-14-37

Siedziba Zarządu

Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa
tel. (0-22) 594-44-15, fax 594-44-10

NIP: 554-023-26-10

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy – KRS: 0000072965 z dnia 17.12.2001

Kapitał Zakładowy 4.655.300 zł

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. NR 83 1030 1090 0000 0000 0006 6201

Drägermedical

A Dräger and Siemens Company

e-mail: info.polska@draeger.com

<http://www.draeger.com>

4. Fakt eliminacji jednej z możliwych technologii wykonania usługi, która nie obniża jej jakości ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Tym samym narusza zasadę równego traktowania wykonawców. Stanowisko zamawiającego, iż istnieją na rynku wykonawcy zdolni zrealizować zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przygotowanym przez niego nie przesadza jeszcze o dopuszczalności takiego opisu. Nic można przygotować opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby stanowił on barierę dostępu do postępowania (tak KIO w wyroku o sygn. KIO/UZP 442/08).

5. Zgodnie z wyrokiem KIO z 2008-05-16 KIO/UZP 407/08: **„Zamawiający powinien unikać wszelkich sformułowań i parametrów, które by wskazywały na konkretne urządzenie lub konkretnego producenta. Trudno mówić o zachowaniu uczciwej konkurencji, gdy przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretne urządzenie. Produkt taki nie musi być wyraźnie nazwany, wystarczy że wykonawca chcący spełnić wymogi zamawiającego musi dostarczyć jeden konkretny produkt.”**

Mając na względzie powyższe wnosimy o uwzględnienie protestu, dokonanie modyfikacji siwz, zgodnie z żądaniami zawartymi w uzasadnieniu niniejszego protestu.

W przypadku oddalenia naszego protestu oraz zaniechania czynności modyfikacji, a następnie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi jej nieważność z mocy prawa na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 5 lub 6 ustawy, zgodnie z treścią którego nieważna jest umowa jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego doszło do naruszenia przepisów ustawy, które miało wpływ na wynik postępowania.

Powyżej przedstawione fakty wskazują na naruszenie ww. przepisów, w związku z czym interes prawny mojej Firmy doznał uszczerbku w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zatem proszę o uwzględnienie protestu.

Mając na względzie powyższe protest niniejszy jest w pełni konieczny i uzasadniony.

W załączeniu:

1. KRS
2. Pełnomocnictwo

Dräger Polska Sp. z o.o.
Kierownik Biura Obsługi Klienta

Megdalena Rymaszewska

006

REGION CENTRALNY
Al. Jerozolimskie 176
02-486 WARSZAWA
tel. (0-22) 594-44-11
fax (0-22) 594-44-10

REGION ZACHODNI
ul. Warzywna 10
61-658 POZNAŃ
tel. (0-61) 826-86-05
fax (0-61) 826-81-25

REGION POŁUDNIOWY
ul. Żelazna 1
40-851 KATOWICE
tel. (0-32) 359-09-62, 63
fax (0-32) 359-09-64

CENTRUM SERWISOWE
tel. 0 800 20 44 20
e-mail: serwis.polska@draeger.com
Sprzedaż części zamiennych
i akcesoriów tel. (052) 346 14 35