

**STAROSTA LIPNOWSKI**

ul. Sierakowskiego 10 B  
87-600 Lipno  
tel/fax 0-54 25 25 25  
Or.3421-8/09

Lipno, dnia 18.06.2009 roku

**Dräger Polska sp z o.o.  
ul. Sulkowskiego 18 a  
85-655 Bydgoszcz**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu medycznego

### **Rozstrzygnięcie protestu**

**Protestujący:**

Dräger Polska sp z o.o.  
ul. Sulkowskiego 18 a  
85-655 Bydgoszcz

**Oprotestowany:**

Powiat Lipnowski  
reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lipnie  
ul. Sierakowskiego 10 B  
87-600 Lipno

Powiat Lipnowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lipnie, działając zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z póź. zm. /, informuje o rozstrzygnięciu protestu wniesionego na czynności Zamawiającego podjęte w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu medycznego

Rozstrzygnięcie protestu jest następujące:

### **Protest zostaje uznany za częściowo zasadny**

#### **Uzasadnienie**

Zamawiający po wnikliwej analizie czynności w postępowaniu i po uwzględnieniu argumentacji Protestującego postanowił, że:

- dokonuje częściowej zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamawiania w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu medycznego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 w punkcie 1 Przedmiot zamówienia: Aparat do znieczulania z monitorowaniem I szt. 1 , i w punkcie 2 Przedmiot zamówienia: Aparat do znieczulania z monitorowaniem II szt. 2 tj. :

- a. w zakresie Aparatu do znieczulania z monitorem II dopuszcza się możliwość zamiany regulacji do 1400 ml.
- b. W zakresie Aparatu do znieczulania II dopuszcza się możliwość zmiany regulacji paazy wdechowej od 0-50 %

- c. W zakresie Aparatu do znieczulania II dopuszcza się możliwość pomiaru rytmu serca od 30 do 240 ud/min
- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamawiania w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu medycznego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 w punkcie 1 Przedmiot zamówienia: Aparat do znieczulania z monitorowaniem I szt. 1 , i w punkcie 2 Przedmiot zamówienia: Aparat do znieczulania z monitorowaniem II szt. 2 następujących kwestiach :
  - a. nie dopuszcza się możliwości zamiany zakresu regulacji częstości oddechu
  - b. zakres regulacji objętości oddechu Aparatu do znieczulania z monitorem I pozostaje bez zmian
  - c. nie dopuszcza się możliwości regulacji pauzy wdechowej w zakresie Aparatu do znieczulania z monitorem I
  - d. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie aparatu bez alarmu objętości oddechowej, alarmu niskiej częstości oddechów lecz wyposażonego w alarm dolny i górny objętości minutowej (MV) i nadzorujący częstości oddychania z poziomu monitora
  - e. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie monitora modułowego o przekątnej min.10 cali i rozdzielczości 640-480
  - f. W zakresie Aparatu do znieczulania z monitorem I nie dopuszcza się możliwości pomiaru rytmu serca
- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający kierując się ważnymi względami organizacyjnymi leżącymi po jego stronie zdecydował się na wyłączenie możliwości składania ofert częściowych . Takie postępowanie po stronie Zamawiającego nie jest działaniem naruszającym zasadę uczciwej konkurencji wyrażoną w art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Sama okoliczność potraktowania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego jako całości, bez możliwości dzielenia na części, nie uniemożliwia złożenie oferty przez Wykonawcę, nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum.


Ponadto należy podkreślić , że zamiarem Zamawiającego jest dokonanie zakupu aparatu do znieczulania szt. 1 spełniającego najwyższe standardy techniczne określone specyfikacją -dlatego typu aparatu został przygotowany opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie 1. „Przedmiot zamówienia: Aparat do znieczulania z monitorowaniem I szt. 1”. Pozostałe urządzenia, które zostały opisane w punkcie 2 „Przedmiot zamówienia: Aparat do znieczulania z monitorowaniem II szt. 2” opisane zostały w specyfikacji z pominięciem tych najwyższych standardów oczekiwanych od pierwszego urządzenia. Przyjęcie w całości rozwiązań zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia proponowanych przez Państwa firmę doprowadziłoby w praktyce do zrównania parametrów sprzętu, co nie odpowiada sprecyzowanym potrzebom Zamawiającego, które zostały ustalone zgodnie z zasadą wyboru sprzętu o odpowiednim najwyższym do osiągnięcia standardzie. Podnoszone przez Wykonawcę argumenty, że niektóre z parametrów określonych przez Zamawiającego są wykorzystywane w minimalnym zakresie np. wymóg regulacji częstości oddechowej, nie oznacza, że nie mogą być one uznane za istotne dla Zamawiającego. Sugestia, że nie będą one musiały być wykorzystywane zbyt często nie może zastąpić pewności, że oczekiwana cecha sprzętu będzie w dyspozycji jego użytkownika. Opisując przedmiot zamówienia Zamawiający kierował się uzasadnionymi potrzebami w zakresie dostępnych standardów sprzętu, a atakie postępowanie nie stanowi natomiast naruszenia zasady uczciwej konkurencji wyrażonej w art. 7 ustawy Pzp, czy też przepisu art. 29 w/w ustawy.

### **POUCZENIE**

Na podstawie art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1566 z póź. zm/ od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje Wykonawcy odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Odwołanie należy wnieść w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu, zgodnie z art. 184 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **Otrzymują:**

1. Adresat
2. a/a

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, located on the right side of the page.