

Lipno, dnia 23.06.2009 roku

Or.3421-8/09

**Dotyczy:** wyjaśnień do zapytania z dnia 22.06.2009 roku do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu medycznego.

*Dotyczy : Wymagania techniczne dla jednostki analizy*

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający dopuści system holterowski bez analizy turbulencji HRT, ale za to z analizą zmienności rytmu serca HRV zarówno w dziedzinie czasu, jak i częstotliwości (dotyczy pkt. 7)?

**Odpowiedź 1.**

Zamawiający wyraża zgodę za zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający dopuści system holterowski bez automatycznego doboru przykładów ilustrujących epizody arytmii i zmiany odcinka ST, ale za to z automatycznym doбором miejsc, gdzie wystąpiło HR min. HR max. HR min (sinus), HR max. (sinus) ST min. ST max QT min, QT max, PQ min., PQ max ? Ponadto użytkownik może umieścić w raporcie dowolny przykład ilustrujący epizody arytmii i zmiany odcinka ST (dotyczy pkt 10).

**Odpowiedź 2**

Zamawiający wyraża zgodę za zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuści system holterowski bez możliwości ustawienia punktów pomiarowych ST, ale za to z automatycznym doбором tych punktów przez oprogramowanie ( dotyczy pkt 15)?

**Odpowiedź 3**

Zamawiający wyraża zgodę za zaproponowane rozwiązanie.

*Dotyczy: Wymagania techniczne dla systemu długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego.*

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuści system długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego z czasem rejestracji do 51 godzin (dotyczy pkt 6), gdzie standardowy czas analizy wynosi 24 godziny?

**Odpowiedź 4:**


Zamawiający wyraża zgodę za zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający dopuści system długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego bez możliwości zablokowania wyświetlacza ( dotyczy pkt 11) ?

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający wyraża zgodę za zaproponowane rozwiązanie.

**STAROSTA**  
  
Krzysztof Baranowski